

梨树县中医院

关于电诊科心电图机的采购邀请函

梨树县中医院决定对电诊科床头心电图机进行院内采购，现将有关事项公告如下：

一、采购项目基本情况：

项目编号	项目名称	申请科室	数量	预算金额
JL-LS-ZYY2021002	心电图机	电诊科	1台	23,540.00元

※供应商在本项目中的投标报价不得超过预算金额，否则视为无效投标。

采购方式：本项目以“院内比选”方式进行，评标方法为经评审的综合评分最高为中标单位的方法，以一次性报价作为有效报价，最终综合评分最高者为中标人。

※提示：比选现场需有专业技术人员参会，必要时取消参选资格。评选标准见附件1。

二、项目基本参数：

一、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、ECG输入

2.1 标准12导联心电信息同步采集、同步分析

2.2 ★导联选择：手动/自动可选

2.3 输入阻抗： $\geq 50M\Omega$

2.4 ★共模抑制比： $\geq 100dB$

2.5 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.6 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.7 中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

3.1 ★A/D转换：24bit

3.2 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能

3.3 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

4.1 设备内置存储器，存储病历 ≥ 200 例

4.2 数据可通过SD卡、USB口导入导出文件

4.3 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五、显示器：

5.1 显示尺寸：至少 ≥ 5 寸液晶显示屏

5.2 显示信息：同屏显示12道心电波形

5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

六、记录器：

6.1 热敏式点阵打印机

6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/sec $\pm 3\%$

6.3 记录纸规格：支持折叠纸打印，210mm或216mm

6.4 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.5 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

6.6 具有心律失常延长打印功能；

七、电源：交直流两用自动转换

7.1 交流电源：交流100V~240V 50Hz/60Hz

7.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

三、供应商资格要求：

3.1 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 本次采购不接受联合体投标；

3.3 与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选会议；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反这两款规定的，相关投标均无效。

四、比选文件要求：

4.1 产品详细信息、配置清单及报价

4.2 提供检测报告（必须包含关键技术指标页）及参选产品彩页

4.3 营业执照（必须经年检合格，且涵盖本项目招标范围）、医疗器械经营许可证等及开户行信息

4.4 法定代表人身份证明

4.5 授权书、被授权人身份证复印件

4.6 供应商资信证明【在“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询，无不良记录（网站截图打印件）】及公司1年内财务状况良好的证明（银行或会计事务所出具的证明）

4.7 提供类似项目业绩的合同

4.8 质量承诺书、售后服务承诺书

******以上内容必须加盖公章******

※投标单位根据上述要求制作文件后，所有材料胶装成册（1正本，5副本），整体封存，加盖骑缝章，并于封皮标明比选项目名称及编号、单位名称、联系人、联系电话。无需购买标书。

※ 供应商比选现场递交投标廉洁承诺书，（※采购公告中下载），签字并加盖公章，一式三份。

※ 有以下情形之一的投标文件，我单位将予以拒收：

（1）逾期送达的；

（2）未送达指定地点的；

（3）不按照采购文件要求密封的；

（4）未按照采购文件要求提交投标文件。

五、注意事项（请有意参加本项目的供应商特别注意）：



5.1 按照目前国家疫情防控要求，投标人须佩戴符合防疫标准的口罩参加比选会议，并到不聚集，不喧哗；

5.2 各投标单位所提供的证件必须真实有效，如发现造假者，立即终止交易活动，并报送上级主管部门处理。

六、提交地址及时间：

请符合院内比选文件要求的参选单位，于2021年12月13日前送到招标采购办公室（规定时间内可邮寄，以送达时间为准）。

收件地址：吉林省梨树县梨树镇西买卖大街186号 梨树县中医院3号楼

联系人：苏老师

联系电话：0434-5223393

梨树县中医院 招采办公室

2021年12月07日



附件一：

项目评分标准

评分因素及权重	分值	评分标准	说明
价格因素	40分	满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40	
业绩	10分	近三年同类设计业绩，根据合同数量，每一个得2分，最多得10分	提供合同复印件加盖公章
技术指标和方案	20分	完全符合比选文件要求，没有负偏离得10分。 与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分，每条扣2分，扣完为止。 技术指标和配置高于比选要求并体现处产品的质量和性能更优的可加分，最多加10分。	
售后方案	20分	提供免费保修期最短的不得分，每增加一年得5分，最多得20分。	
财务状况	5分	提供近1年的财务报表，报表完整得、财务状况良好的得5分，一般的得3分，差得1分，不完整及不提供的得0分。	以会计师事务所、信用评估机构或银行出具为准
投标文件的规范性	5分	投标文件规范，没有细微偏差情形得5分，有一项细微偏差扣1分，直至该项分扣完为止。	
设备耗材情况	-15分	设备不需要配套使用耗材的不扣分，需要配套使用耗材的按下述标准扣分： 需独家提供专机专用耗材的扣5分；非专机专用耗材的不扣分；耗材不属于省物价平台可收费项目的扣5分；属于可收费项目的不扣分；耗占比高于30%的扣5分；耗占比低于30%的不扣分。	该项为扣分项

