

# 梨树县中医院

## 关于腹腔镜超声刀主机的采购邀请函

梨树县中医院决定对手术室腹腔镜工作站进行院内采购，现将有关事项公告如下：

### 一、采购项目基本情况：

项目编号	项目名称	申请课室	数量	预算金额
JL-LS-ZYY2022003	腹腔镜超声刀系统主机	手术室	1套	205, 000.00 元

※供应商在本项目中的投标报价不得超过预算金额，否则视为无效投标。

采购方式：本项目以“院内比选”方式进行，评标方法为经评审的综合评分最高为中标单位的方法，以一次性报价作为有效报价，最终综合评分最高者为中标人。

※提示：比选现场需有专业技术人员参会，必要时取消参选资格。评选标准见附件1。

### 二、项目参数：

#### 2.1 主机输入

电源电压：220V，电源频率：50Hz，有保险丝

#### 2.2 工作环境

温度：10-30℃，湿度≤70%

#### 2.3 安全标准

GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》

#### 2.4 主机显示屏

发光显示屏，清晰、简洁，显示功率档位、配件连接情况

#### 2.5 主机性能

2.5.1 连结完成后有智能检测功能：若连接错误，有明确故障提示，并配有详细的解决方案

#### 2.5.2 具有快速开机自检功能

2.5.3 主机工作时，可多档调节输出功率，满足止血、切割等多种需求

2.5.4 无电流通过机体，具有漏电保护功能

2.5.5 具有连接脚踏激发装置的接口，满足脚踏激发功能

2.5.6 工作提示音，音量可调节

#### 2.6 超声刀性能

2.6.1 手枪式刀柄，具有MAX、MIN两种激发按钮，单手即可激发

2.6.2 杆身类似哑光设计，防止光源照射后眩光

2.6.3 刀头能够360°旋转，中心杆具有一定弧度

2.6.4 激发后迅速升温，减少侧向热损伤

2.6.5 经灭菌后可反复使用

#### 2.7 配件

提供驱动柄（经消毒可反复使用）和脚踏开关

### 三、供应商资格要求：

- 3.1 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 3.2 本次采购不接受联合体投标；
- 3.3 与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选会议；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反这两款规定的，相关投标均无效。

#### 四、比选文件要求：

- 4.1 产品详细信息、配置清单及报价
- 4.2 参选产品彩页
- 4.3 提供参选产品：主机和超声刀检测报告（必须包含关键技术指标页）
- 4.4 营业执照（必须经年检合格，且涵盖本项目招标范围）等相关证件、开户许可证
- 4.5 法定代表人身份证证明
- 4.6 授权书、被授权人身份证复印件
- 4.7 供应商资信证明【在“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询，无不良记录（网站截图打印件）】及公司1年内财务状况良好的证明（银行或会计事务所出具的证明）
- 4.8 提供类似项目业绩的合同
- 4.9 质量承诺书
- 4.10 售后方案及售后服务承诺书

**\*\*\*\*以上内容必须加盖公章\*\*\*\***

※ 投标单位根据上述要求制作文件后，所有材料胶装成册（1正本，5副本），整体封存，加盖骑缝章，并于封皮标明比选项目名称及编号、单位名称、联系人、联系电话。无需购买标书。

※ 供应商比选现场递交投标廉洁承诺书，（※采购公告中下载），签字并加盖公章，一式三份。

※ 有以下情形之一的投标文件，我单位将予以拒收：

- (1) 逾期送达的；
- (2) 未送达指定地点的；
- (3) 不按照采购文件要求密封的；
- (4) 未按照采购文件要求提交投标文件。

#### 五、注意事项（请有意参加本项目的供应商特别注意）：

5.1 按照目前国家疫情防控要求，投标人须佩戴符合防疫标准的口罩参加比选会议，并到不聚集，不喧哗；

5.2 各投标单位所提供的证件必须真实有效，如发现造假者，立即终止交易活动，并报送上级主管部门处理。

#### 六、提交地址及评标时间：

6.1 现场递交投标文件截止时间及评标时间：2022年02月22日下午13:30时（北

京时间)。逾期递交的投标文件恕不接受;

6.2 评标地点: 梨树县中医院 3 号楼 4 楼远程会诊中心 (如有变更, 另行通知)

收件地址: 吉林省梨树县梨树镇西买卖大街 186 号 梨树县中医院 3 号楼

联系人: 苏老师

联系电话: 0434-5223393



附件一：

## 项目评分标准

评分因素及权重	分值	评分标准	说明
价格因素	30 分	满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30	
业绩	10 分	近三年同类设计业绩，根据合同数量，每一个得 2 分，最多得 10 分	提供合同复印件 加盖公章
技术指标和方案	20 分	完全符合比选文件要求，没有负偏离得 10 分。 与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分，每条扣 2 分，扣完为止。 技术指标和配置高于比选要求并体现处产品的质量和性能更优的可加分，最多加 10 分。	
售后方案	10 分	售后人员及方案配备、响应时间、售后流程、具有操作性、有效性、要有应急预案，要科学合理。 提供针对本项目详实可行的售后服务方案和服务承诺，根据方案完善程度分档计分： 满意：9-10 分；基本满意：5-8 分；一般：1-4 分；未提供：0 分	
售后服务	20 分	提供超声刀主机免费保修期最短的不得分，每增加一年得 5 分，最多得 10 分。 设备出现故障无法 24 小时内修复时，或紧急情况下，售后服务提供备用机的得 10 分，不提供不得分	需提供承诺书并 加盖公章
财务状况	5 分	提供近 1 年的财务报表，报表完整得、财务状况良好的得 5 分，一般的得 3 分，差得 1 分，不完整及不提供的得 0 分。	以会计事务所、 信用评估机构或 银行出具为准
投标文件的规范性	5 分	投标文件规范，没有细微偏差情形得 5 分，有一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分扣完为止。	
设备耗材情况	-15 分	设备不需要配套使用耗材的不扣分，需要配套使用耗材的按下列标准扣分： 需独家提供专机专用耗材的扣 5 分；非专机专用耗材的不扣分；耗材不属于省物价平台可收费项目的扣 5 分；属于可收费项目的不扣分； 耗占比高于 30% 的扣 5 分；耗占比低于 30% 的不扣分。	该项为扣 分项

